

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

- Βαλβίδες υδροκεφάλου

Να είναι ηλεκτρομαγνητικά εξωτερικά προγραμματιζόμενες, να δύναται να προγραμματιστούν σε πιέσεις από 30 – 200 mm H₂O σε βήματα των 10 mm H₂O με τουλάχιστον 15 επιλογές προγραμματισμού. Σε διάφορους τύπους (burrhole, ευθεία κλπ).

- Βαλβίδες υδροκέφαλου

Πλήρες σετ αποτελούμενο από κοιλιακό καθετήρα, ρεζερβουάρ, βαρυτικό μηχανισμό αντισιφωνίου και περιτοναϊκό καθετήρα. Με μηχανισμό κατασκευασμένο από τιτάνιο, εξάρτημα ελέγχου σιφωνίου, με επιφάνεια εσωτερική και εξωτερική αποφυγής συμφύσεων σε τρεις πιέσεις (χαμηλή, μέση, υψηλή).

- Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης

Πλήρες σετ με δυνατότητα σκόπευσης laser για απόλυτη ακρίβεια προς το ύψος και το υδροστατικό επίπεδο με αναλυτικό μέτρημα πίεσης και σάκο συλλογής.

- **Σύστημα εξωτερικής οσφυϊκής παροχέτευσης με οσφυϊκό καθετήρα** μήκους τουλάχιστον 80 εκατοστά. Στην συσκευασία να περιλαμβάνεται βελόνα τύπου TOUCHY καθώς και σάκος συλλογής ENY.

- **Καθετήρας εξωτερικής παροχέτευσης** εμποτισμένος με αντιβιοτικό για προστασία από μολύνσεις. Η απελευθέρωση του αντιβιοτικού να γίνεται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του καθετήρα και η απελευθέρωση αντιβίωσης να διαρκεί τουλάχιστον 28 ημέρες.

- **Σετ κοιλιακού – περιτοναϊκού καθετήρα βαλβίδας εμποτισμένου με αντιβιοτικό** για προστασία από μολύνσεις. Η απελευθέρωση του αντιβιοτικού να γίνεται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του καθετήρα και η απελευθέρωση αντιβίωσης να διαρκεί τουλάχιστον 28 ημέρες.

- **Άκρα διπολικής λαβίδας αντικολλητικά, μιας χρήσεως**, με σύστημα εσωτερικής μεταφοράς της θερμότητας έτσι ώστε τα άκρα να μην θερμαίνονται, τύπου active heat transfer σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.

- **Μαρκαδόροι δέρματος αποστειρωμένοι μαζί με εύκαμπτο χάρακα.**

- **Φρέζες διαφόρων τύπων και μεγεθών** συμβατά με τον κρανιοτόμο **Codman** που διαθέτει το νοσοκομείο.
- **Νευροχειρουργικό βαμβάκι**, ικανό να απορροφήσει υγρό το οποίο ισούται με πέντε (5) φορές το βάρος του, να είναι ανιχνεύσιμο στις ακτινογραφίες σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.
- **Κονέκτορες τύπου Υ.**
- **Κονέκτορες ευθείς.**
- **Ρεζερβουάρ κοιλιοστομίας τύπου RICKAM.**
- **Ρεζερβουάρ τύπου ΟΜΑΥΑ.**
- **Υποδόριοι εισαγωγείς περιτοναικών καθετήρων μιας χρήσης.**
- **Ανταλλακτικός σάκος συλλογής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Ε.Ν.Υ.) για εξωτερική παροχέτευση εγκεφάλου.**
Να είναι συμβατικοί με τους προτεινόμενους βαλβιδικούς μηχανισμούς και η χωρητικότητά τους να είναι τουλάχιστον 700 ml.

Απαραίτητη με ποινή απόρριψης η προσκόμιση δειγμάτων.