

Kalibrierschein / Calibration Certificate

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium
issued by the calibration laboratory



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-21939-01-00

S Muster
D-K- 21939-01-00
2023-07

Kalibrierzeichen
Calibration mark

SCHMIDT Technology GmbH

Feldbergstraße 1

DE - 78112 St. Georgen

Tel.: +49 (0) 7724 / 899-0 • E-Mail: calibration.sensors@schmidttechnology.de

Mitglied im
Member of

Deutschen Kalibrierdienst **DKD**

Gegenstand
Object Strömungssensor

Hersteller
Manufacturer SCHMIDT Technology GmbH

Typ
Type 518210 / SS 20.400

Serien-Nr.
Serial no. 99999999

Prüfmittel Nr.
Test equipment no. -

Auftraggeber
Customer Muster / Sample

Auftragsnummer
Order no. Muster / Sample

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins
Number of pages of certificate 5

Datum der Kalibrierung
Date of calibration 26.07.2023

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverarbeitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.

Datum
Date Stellv. Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Deputy Head of the calibration laboratory

26.07.2023

Max Mustermann

Muster / Sample

Freigabe des Kalibrierscheins durch
Approval of the certificate of calibration by

Max Mustermann

Muster / Sample

In case of doubt, only the German text of this certificate is valid.

Ort der Kalibrierung

Location of calibration

SCHMIDT Technology GmbH, Feldbergstraße 1, D-78112 St. Georgen

Kalibrierverfahren

Calibration procedure

Die Kalibrierung wurde nach der SCHMIDT Technology Kalibrierverfahren 'W 7.3.1.1 Rev. c' durchgeführt: Vergleichsmessung von Luftgeschwindigkeiten des Kalibriergegenstandes im Windkanal. Die Kalibrierposition des Sensorkopfes im Windkanal ist 72 mm vom Düsenaustritt entfernt. Die Eintauchtiefe des Messfühlers in den Freistrahlgang beträgt 50 mm. Der Austrittsdurchmesser der Düse beträgt 255 mm. Als Referenz dient ein Laser-Doppler-Anemometer (LDA). Es werden bei der LDA-Messung mindestens 500 Bursts pro Geschwindigkeit aufgenommen.

Der Mittelwert des Prüflings wird aus 30 hintereinander, im Abstand von 1 Sekunde erfassten Messwerten errechnet.

The calibration procedure was performed according to the SCHMIDT Technology calibration procedure 'W 7.3.1.1 Rev. c': Comparison measurement of air velocities measured by the object of calibration inside of a wind tunnel. The sensor head position inside of the tunnel is located 72 mm from the jet outlet. The sensor head is 50 mm inside the flow stream. The diameter of the jet output is 255 mm. As a reference a Laser-Doppler-Anemometer is used (LDA). For LDA measurement at least 500 burst are used per velocity. The average value of the probe is calculated by 30 measured data in series, in an interval of 1 second.

Messunsicherheit

Measurement uncertainty

Angeben ist die erweiterte Messunsicherheit U, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k ergibt. Sie setzt sich aus den Ergebnissen der Kalibrierung zusammen und wurde gemäß EA-4/02 M:2022 und internem Verfahren 'W 7.3.1.1 Rev. c' ermittelt. Der Wert der ermittelten Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95 % im zugeordneten Wertebereich. Dies entspricht einem Erweiterungsfaktor von k = 2.

The expanded measuring uncertainty U is reported, which results from the standard measurement uncertainty by multiplication with the coverage factor k. It is based on the result of the calibration and has been determined according to EA-4/02 M:2022 and internal procedure 'W 7.3.1.1 Rev. c'. The true value is located in the corresponding interval with a probability of approximately 95 %. This corresponds to a coverage factor of k = 2.

Kalibriereinrichtung - Rückführung

Reference standard

Gerät Device	Seriennummer Serial number	Kalibrierscheinnummer Number of calibration certificate
Laser-Doppler-Anemometer 1D <i>Laser-Doppler-Anemometer 1D</i>	144 [PM 45 K 0016]	PTB-1.41-4111093, 14030 PTB 22
Signalprozessor BSA F60 <i>Signal Processor BSA F60</i>	602 [PM 45 K 0016]	E206129 / D-K-15070-01-01 / 2022-07
Absolutdrucksensor PAA-33X <i>Absolute Pressure Meter PAA-33X</i>	750547 [PM 51 K 0068]	12893 / D-K-15122-01-00 / 2022-03
Temperaturfühler WB-3.0-1PT-1/10B <i>Temperature Sensor WB-3.0-1PT-1/10B</i>	554584 / 161112157 [PM 71 K 0062]	8080 / D-K-17734-01-00 / 2022-09
Feuchtesensor SVKA.0E.F159.313.00G <i>Humidity Sensor SVKA.0E.F159.313.00G</i>	213477 [PM 00 K 0162]	F76181,T197480 / D-K-15070-01-01 / 2022-10
Strom- & Spannungsmodul DAQ-9207 <i>Voltage and Current Input Module DAQ-9207</i>	1C57A08 [PM 80 K 0168]	19209 / D-K-19425-01-00 / 2022-04
Multimeter 34461A <i>Multimeter 34461A</i>	MY60045786 [PM 80 K 0193]	E216833 / D-K-15070-01-01 / 2022-10

In case of doubt, only the German text of this certificate is valid.

Vorbereitende Prüfungen und Tätigkeiten

Preparatory examinations and activities

Folgende Anforderungen sind erfüllt:

Following requirements are fulfilled:

Zustand und Funktion des Sensors i.O. • condition and operation of sensor o.k.

Ausrichtung Sensor i.O. • installation of sensor o.k.

Identifikation des Sensors i.O. • identification of sensor o.k.

ja yes	nein no	entfällt n/a
X		
X		
X		

Bemerkungen

Remarks

Kalibriergegenstand

Calibration object

Thermischer Strömungssensor:

Thermal Flow Sensor:

Typ Type	Konfiguration Configuration	Hersteller Manufacturer	Seriennummer Serial number
518210 / SS 20.400	518210-21353-S	SCHMIDT Technology GmbH	999999999

Spezifikation Kalibriergegenstand

Specification of calibration object

Messbereich: 0 ... 1,0 m/s
Measurement range: 0 ... 1,0 m/s

Messgenauigkeit: ($\pm 1,00\% \text{ v. MW} + [2,00\% \text{ v. MBE}; \text{min. } 0,04 \text{ m/s}]$)
Measuring accuracy: ($\pm 1,00\% \text{ of RD} + [2,00\% \text{ of FS}; \text{min. } 0,04 \text{ m/s}]$)

Analogausgang: 4 ... 20 mA
Analog output:

Glossar: Messwert [MW], Messbereich [MB] / Glossary: Measured value [RD], measuring range [FS]

Konformitätsaussage, gültig für die Messpunkte nach Tabelle

Statement of conformity valid for measurement points according to table

Innerhalb der Spezifikationsgrenzen¹

Inside specification limits¹

¹ Die Konformitätsaussage erfolgt auf Basis der Entscheidungsregel 'Vertrauensniveau 95 %' gemäß RL-ST-200.

¹ The statement of conformity is based on the decision rule 'level of confidence 95 %' according to RL-ST-200.

Legende für Formelzeichen und Abkürzungen

Explanation of symbols and abbreviations

KA	Konformitätsaussage / statement of conformity: pass fail n/a (keine Konformitätsaussage)
KG _{Out}	Kalibriergegenstand Anzeigewert / calibration object relative display value
p _{abs}	Atmosphärischer Druck / atmospheric pressure
p _N	Normdruck / normal pressure
q	Anzeigeabweichung / relative display deviation
t _a	Temperatur / temperature
t _N	Normtemperatur / normal temperature
U _{95%}	Erweiterte Messunsicherheit / expanded measurement uncertainty
w	Strömungsgeschwindigkeit / flow velocity
W _{N KG}	Normalgeschwindigkeit des Kalibriergegenstands / normal velocity of calibration object
W _{N Ref}	Normalgeschwindigkeit der Referenz / normal velocity of reference
OC	Schaltausgang 1 (Richtungsdarstellung) / switching output 1 (Representation of the direction)

In case of doubt, only the German text of this certificate is valid.

Messergebnisse - die Ergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Kalibriergegenstand

Measuring results - the results only apply to the tested calibration item

Werte vor / nach Justage: nach Justage
 Values as found / as left: as left

Messdaten

Measuring data

w m/s	w _N Ref m/s	KG _{Out} mA	w _N KG m/s	t _a °C	p _{abs} hPa	q m/s	U _{95%} m/s	KA
0,20	0,18	6,74	0,17	22,93	919,99	-0,01	0,01	pass
0,39	0,35	9,50	0,34	22,96	919,98	0,00	0,01	pass
0,49	0,44	10,97	0,44	23,15	919,98	0,00	0,01	pass
0,59	0,53	12,41	0,53	23,27	919,94	-0,01	0,01	pass
1,11	0,99	19,93	1,00	24,06	919,90	0,00	0,01	pass

Alle Ergebnisse sind in der letzten, angegebenen Stelle gerundet.

All results are rounded to the last decimal.

Messunsicherheit

Measurement uncertainty

Nach Korrektion der ermittelten Anzeigeabweichungen q gelten die in diesem Kalibrierschein angegebenen Messunsicherheiten.

After correcting the determined relative display deviation q the measurement uncertainties specified in this calibration certificate apply.

Berechnung

Calculation

Für die Umrechnung der Normalgeschwindigkeit w_N aus der Kanalgeschwindigkeit w wird folgende Formel verwendet:

The following formula is used to convert the normal velocity w_N from the flow velocity w:


$$w_N = w * \frac{273,15 + t_N}{273,15 + t_a} * \frac{p_{abs}}{p_N}$$

$$p_N = 1013,25 \text{ hPa} \quad t_N = 20,00 \text{ °C}$$

In case of doubt, only the German text of this certificate is valid.

Grafische Darstellung der Messergebnisse

Chart of measuring results



Ende des Kalibrierscheins / End of calibration certificate