

**FC22SER084 Lotto 1 e 2 Voci a) e b) | AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato alla ricognizione di mercato in
vista di negoziazione telematica per l'affidamento di un servizio di noleggio
di letti fluidizzati e bariatrici per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi**

Chiarimenti

Con riferimento al Lotto 2 Servizio di noleggio di letto bariatrico (Voci a) Motorizzato per carichi superiori ai 450kg e b) Non motorizzato per carichi compresi tra i 300 e i 450kg) si pongono i seguenti quesiti:

- 1) rispetto all'indicazione della larghezza del letto bariatrico pari a 99cm, la stessa deve essere intesa come tassativa o può essere utilizzato anche di larghezza pari a 104cm?**
- 2) l'accessorio dell'imbottitura per le sponde in classe 1 IM deve essere considerato come necessario? Tenuto conto che una volta che il letto viene allargato - fino a 134 cm - non c'è il pericolo che il paziente venga a contatto con le spondine.**

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) considerata la larghezza massima delle porte indicata in sede di Avviso di manifestazione di interesse (pari a 104cm), la larghezza del letto dovrà essere commisurata ad un agevole passaggio dello stesso tenuto conto dell'apposizione di eventuali presidi rimuovibili.
- 2) l'accessorio "imbottiture per le sponde a protezione della cute della persona assistita" non è tassativo.