

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle § 2193 a násl. občanského zákoníku č.89 /2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Půjčitel : VAMEX, spol. s r.o.
Se sídlem: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Michalem Vikusem, jednatelem
IČ: 18626513
DIČ: CZ18626513
Zapsaná v: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C1915
Bankovní spojení: KB a.s., 283541041/0100
(dále jen „půjčitel“)

a

2. Vypůjčitel: Městská nemocnice Čáslav
Se sídlem: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav – Nové Město
Zastoupená: MUDr.Mgr.Ditou Mlynářovou,LL.M.,ředitelkou nemocnice
IČ: 00873764
DIČ: CZ00873764
Zapsaná v: v OR vedeném u Městského soudu v Praze,sp.zn. Pr 1640
Bankovní spojení: KB a.s., 9138161/0100
(dále jen „vypůjčitel“)

takto:

I.

Předmět výpůjčky

1. Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčitelu do bezplatného užívání
Separátor PCS2, 3 ks, výr.čísla: 10C198, 11F286, 11G021, hodnota v Kč: 1,095.000 Kč bez DPH.
2. Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu výpůjčky a že je oprávněn jej přenechat
vypůjčitelu ve smyslu § 2193 občanského zákoníku.

II.

Doba zapůjčení a místo předání

svých povinností stanovených touto smlouvou. V tomto případě jdou veškeré náklady na opravu předmětu výpůjčky na účet vypůjčitele.

7. Půjčitel se zavazuje pojistit předmět výpůjčky na svoje náklady.

IV.

Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmět výpůjčky užívat, je povinen předmět výpůjčky užívat řádně v souladu s účelem, ke kterému obvykle slouží a způsobem přiměřeným povaze a určení předmětu výpůjčky. Je povinen chránit předmět výpůjčky před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.
2. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky jakékoli změny.
3. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřeby veškerých oprav předmětu výpůjčky.
4. Během sjednané doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo půjčitele žádat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení. V dané souvislosti platí článek II., odstavec 2.
5. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje nezajišťovat servis a opravy prostřednictvím jiného subjektu, než prostřednictvím půjčitele. Při porušení tohoto ustanovení je povinen náklady na servis či opravy hradit ze svého a odpovídá za případnou škodu, která by tímto na předmětu výpůjčky vznikla.
6. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit, jakmile předmět výpůjčky nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby vypůjčení.
7. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho žádost danou vypůjčiteli nejméně 2 dny předem přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly, zda vypůjčitel předmět výpůjčky užívá řádným způsobem a za účelem pravidelné servisní prohlídky.
8. Vypůjčitel není oprávněn přemístit předmět výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.
9. Podpisem smlouvy vypůjčitel současně prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem předmětu výpůjčky a že byl seznámen s požadavky na jeho obsluhu a údržbu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být pouze písemnými chronologicky číslovanými dodatky vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Veškeré dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Půjčitel a jeho zaměstnanci se zavazují k ochraně informací citlivých dat a osobních údajů vypůjčitele nebo jeho pacientů, se kterými při plnění smlouvy přijde do styku. Půjčitel se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucím k ochraně údajů, aby zabránil zneužití dat a osobních údajů. Tento požadavek mlčenlivosti podléhá požadavkům zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a vyhlášky 98/2012 o zdravotnické dokumentaci, vše v platném znění.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy vč. jejích příloh. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
5. Kupující se zavazuje uveřejnit smlouvu vč. všech příloh v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu.
6. Strany této smlouvy podpisem této smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a že tento vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli. Dále výslovně prohlašují, že tuto smlouvu neuzavírají ani v tísní, ani neshledávají, že by tato smlouva obsahovala jakékoli nápadně nevýhodné podmínky.
7. Tam, kde smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností smluvních stran občanský zákoník v platném znění.
8. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu, každá ze stran této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze

V Čáslavi

Za půjčitele:

Za vypůjčitele:

Michal Vikus


MUDr.Mgr.Dita Mlynářová,LL.M.

Jednatel

Ředitelka nemocnice

PCS[®]2

Systém pro odběr plazmy REF 6002-CP-220-EW



Systém pro odběr plazmy PCS[®]2 je určen k odběru čerstvě zmrazené plazmy a PPP plazmy.

- PCS2 nabízí bezdrátovou LAN konektivitu používající WEP kódování k automatizaci dárcovské sekce pomocí eLynx[™].
- Samozaváděcí čerpadla
- Automatické předplnění
- Komplexní chybové a diagnostické zprávy
- Moderní optické senzory
- Detektory vzduchu v hadičkách
- Monitor tlaku v žíle dárce
- Senzor tekutiny v centrifúze

Technické údaje

Stroj (uzavřený)	Hloubka: 32 cm Výška: 44 cm Šířka: 55 cm
Stroj (v provozu)	Hloubka: 55 cm Výška: 63 cm Šířka: 55 cm
Váha stroje	27,4 kg
Konstrukce	Kovové šasi
Elektrické napětí	220-240V +/- 10%
Provozní frekvence	47 - 63 Hz
Provozní proud	~1,9 A
Pojistka	F 2,5 @ 250 V
Okolní provozní teplota	+18°C až +27°C
Testovaná teplota skladování	0°C až +40°C
Úroveň vlhkosti	Max. stupeň relativní vlhkosti 90%, nekondenzující

Přidružené produkty

Uzavřené sady na odběr plazmy	0623E-00, 622HS-00, 623HS-00
Sady setů na odběr plazmy	00627-00, 00792-00
Předem spojené sady na odběr plazmy	00782-00, 00783-00, 782HS-P-SL, 0792P-00, 0792P-SL
Centrifugační zvony	0625B-00, 625HS-00
Vaky k odběru plazmy	00690-00, 00692-00, 00699-00, SC690-00, SC692-00
Dárcovské linky	00620-00, 0620E-00
Jehla	03018-01
Antikoagulant	Sodium Citrate 4%, AC-A

Příslušenství

Mobilní transportní kufřík	09012-00
Manžeta pro dospělé	52304-02
Manžeta velká	52304-03
Pojízdný stojan	S10219-00